

testing9\_chamber20\_2018\_04\_02\_fit

Slope =  $-30.41 \pm 8.78 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $-1.49 \pm 0.43 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-02 1

