

err1_051_chamber27_2018_04_13_fit

Slope = $238.13 \pm 6.89 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $12.02 \pm 0.61 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement [2018-04-13 11:00:00]

