

err2\_048\_chamber28\_2018-04-09\_fit

Slope =  $412.51 \pm 0.56 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $19.47 \pm 0.69 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-09 20

