

bkg36_chamber36_2018_03_23_fit

Slope = $2.53 \pm 9.39 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.12 \pm 0.45 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-23 1

