

err5\_096\_chamber10\_2018\_04\_16\_fit

Slope =  $301.29 \pm 0.35 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $14.32 \pm 0.38 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-17 00

