

st01262_chamber26_2018-06-01_fit

Slope = $198.11 \pm 7.17 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.07 \pm 0.31 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement 2018-06-01 1

