

err3_053_chamber25_2018-04-19_fit

Slope = $157.41 \pm 17.26 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.56 \pm 0.92 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-19 1

