

stxxxxxx_chamber29_2018-05-01_fit

Slope = $224.97 \pm 115.11 \times 10^{-3}$ PPM/s

Leak Rate = $11.77 \pm 6.03 \times 10^{-5}$ cc/m

unknown status 2018-05-01 09:28:27

