

err4_073_chamber29_2018-04-02_fit

Slope = $431.43 \pm 2.50 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $22.58 \pm 0.59 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-02 12

