

err4\_076\_chamber30\_2018-04-03\_fit

Slope =  $206.97 \pm 2.74 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $9.01 \pm 0.55 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement [2018-04-03 1

