

err5_093_chamber7_2018_04_12_fit

Slope = $362.02 \pm 0.40 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $17.82 \pm 0.37 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-13 03

