

err1_049_chamber27_2018-04-11_fit

Slope = $165.82 \pm 16.78 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.37 \pm 0.92 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-11 C

