

st01336_chamber4_2018_06_05_fit

Slope = $134.99 \pm 7.95 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.45 \pm 0.45 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement 2018-06-05 1

