

err1_050_chamber27_2018_04_12_fit

Slope = $175.72 \pm 9.36 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.87 \pm 0.60 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-12 1

