

err3_054_chamber25_2018-04-20_fit

Slope = $163.55 \pm 17.60 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.86 \pm 0.95 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-20 1

