

ST01321_chamber13_2018_06_05_fit

Slope = $238.62 \pm 0.33 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $11.63 \pm 0.08 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

