

err4_069_chamber48_2018_03_31_fit

Slope = $436.34 \pm 12.26 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $19.61 \pm 0.61 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement \square 2018-03-31 22

