

st01260_chamber25_2018_06_01_fit

Slope = $115.18 \pm 5.48 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $5.53 \pm 0.40 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-01 1

