

err4_084_chamber30_2018-04-05_fit

Slope = $254.75 \pm 0.26 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $11.08 \pm 0.66 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-06 05

