

bkg43_chamber43_2018_03_23_fit

Slope = $1.79 \pm 5.11 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.08 \pm 0.23 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-03-23 1

