

GtBent02_chamber2_2018_04_05_fit

Slope = $418.44 \pm 8.41 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $20.00 \pm 0.66 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-05 10

CO2 level (PPM)

400
350
300
250
200
150

0

1000

2000

3000

4000

5000

time (s)

