

err4\_101\_chamber14\_2018-04-19\_fit

Slope =  $306.18 \pm 11.74 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $13.91 \pm 0.54 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement [2018-04-19 11:00:00]

