

err3_043_chamber25_2018_04_02_fit

Slope = $213.24 \pm 2.56 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $10.25 \pm 0.57 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-02 12

