

GtBent17_chamber17_2018_04_06_fit

Slope = $504.31 \pm 11.54 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $14.93 \pm 0.59 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement [2018-04-06 10

