

st01334\_chamber2\_2018\_06\_05\_fit

Slope =  $153.60 \pm 7.73 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $7.34 \pm 0.42 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-05 1

