

Retest03\_chamber1\_2018\_04\_17\_fit

Slope =  $169.76 \pm 10.14 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $8.28 \pm 0.66 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-04-17 1

