

bkg33_2_chamber33_2018_03_27_fit

Slope = $1.13 \pm 5.33 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.05 \pm 0.25 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

