

st01336_chamber4_2018_06_05_fit

Slope = $132.09 \pm 9.47 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $6.31 \pm 0.51 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-05 1

