

bkg6_2_chamber6_2018-03-27_fit

Slope = $-1.41 \pm 4.85 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $-0.07 \pm 0.24 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

