

ST01330\_chamber22\_2018-06-05\_fit

Slope =  $252.24 \pm 0.34 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $10.93 \pm 0.17 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-06-06 09

