

err3_044_chamber25_2018_04_03_fit

Slope = $182.98 \pm 5.61 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $8.79 \pm 0.55 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-04-03 1

