

st01262_chamber26_2018-06-01_fit

Slope = $198.77 \pm 7.12 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $7.10 \pm 0.31 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement [2018-06-01]

