

GtBent18_chamber18_2018-04-11_fit

Slope = $242.25 \pm 16.73 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $11.99 \pm 0.85 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-11 09

