

st01356\_chamber0\_2018\_06\_08\_fit

Slope =  $124.09 \pm 5.12 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $5.92 \pm 0.28 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-06-08 1

