

st01302\_chamber42\_2018\_06\_01\_fit

Slope =  $147.58 \pm 9.00 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $6.50 \pm 0.40 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-06-01 1

