

bkg43_2_chamber43_2018_03_27_fit

Slope = $2.24 \pm 5.10 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $0.10 \pm 0.23 \times 10^{-5}$ cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

