

bkg29\_2\_chamber29\_2018\_03\_27\_fit

Slope =  $3.44 \pm 5.11 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.18 \pm 0.27 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-03-27 1

