

err3\_049\_chamber25\_2018-04-11\_fit

Slope =  $165.15 \pm 17.16 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $7.93 \pm 0.93 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☐ 2018-04-11 C

