

GtBent13_chamber38_2018_04_06_fit

Slope = $305.86 \pm 13.00 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $14.31 \pm 0.66 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement 2018-04-06 10

