

GtBent19_chamber19_2018_04_09_fit

Slope = $764.13 \pm 5.13 \times 10^{-3}$ PPM/sec

Leak Rate = $36.01 \pm 0.75 \times 10^{-5}$ cc/m

Failed leak requirement \square 2018-04-09 12

