

st01351\_chamber18\_2018\_06\_05\_fit

Slope =  $121.71 \pm 9.41 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $6.02 \pm 0.48 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement [2018-06-05 1

