

bkg37\_chamber37\_2018\_03\_23\_fit

Slope =  $8.53 \pm 5.34 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $0.35 \pm 0.22 \times 10^{-5}$  cc/min

Passed leak requirement ☒ 2018-03-23 1

