

GtBent13\_chamber38\_2018\_04\_05\_fit

Slope =  $254.15 \pm 13.71 \times 10^{-3}$  PPM/sec

Leak Rate =  $11.89 \pm 0.68 \times 10^{-5}$  cc/m

Failed leak requirement 2018-04-05 11

