NCM-Brain 핵심 요약 초안

작성일 2026-11-12 · 근거: NCM-Brain 제품 요약(초안, 2026-11-06)

1. 제품 개요

제품	뉴큐어엠의 뇌 PET 정량 분석 소프트웨어(SaMD)
등급 / 인증	2등급 / 제조인증 제인 23-5021호 (2023-08-17)
분석 대상	아밀로이드(FBB·FMM), FDG, DAT(FP-CIT) PET — 방사성의약품 4종
산출 지표	SUVR·z-score 공통, 아밀로이드는 Centiloid 추가, DAT 리포트는 BPnd·ISR 제시

2. 핵심 기능

기능	내용
SUVR 정량 분석	관심영역(region of interest, ROI)별 표준섭취계수비(SUVR) 산출
환자별 ROI 분할	CT 또는 MR 영상에 CNN 기반 분할(segmentation) 수행
잡음 제거(denoising)	단시간·저투여량 PET를 기준 영상 수준으로 개선
합성 MRI 생성(CT2MRI)	CT에서 합성 T1 또는 T2 FLAIR MRI 생성

> 사용 흐름: 로그인 → PACS 검색 → 영상·tracer 선택 → 분석 → 리포트

3. 확인 필요 사항 (자료 간 차이)

- **ROI 입력 영상**: 홈페이지는 "MRI 없이 PET만으로" 분석한다고 쓰지만, 작용원리 자료는 CT 또는 MR 입력이 필요하다고 기재함
- **방사선 피폭 감소**: 홈페이지는 피폭 감소를 내세우지만, 제공된 작용원리 자료에는 피폭 감소량·임상 성능 자료가 제시되지 않음
- **진단 보조·질환 분류 표현**: 인증 범위 안인지 인증사항·첨부문서 대조가 필요함
- **DAT 지표**: SUVR 표기와 BPnd·ISR 표기의 관계 확인이 필요함
- **인증 범위**: 최초 인증 범위·변경 이력은 인증서·첨부문서 등 추가 대조가 필요함