实验 3

学号: 19300740005 姓名: 程礼彬 时间: 2021年3月19日

结果与讨论




图1 细黄链霉菌的个体或显微形态




图2 颤蓝细菌 的个体形态



图3 舟形藻的 个体形态



图4 念珠蓝细 菌的个体形态



▶出芽

孢子

图7 酿酒酵母 的个体形态




图8 血细胞计数室1



图9 血细胞计数室2

计数结果

VI 30000	AAAAA							
	1	2	3	4	5			
计数室 1	6	8	8	6	9			

计数室 2	5	3	4	5	9
平均值	5.5	5.5	6	5.5	9

中格的平均菌数 X=6.3

标准差 S=2.11

菌悬液浓度(个/ml)=稀释倍数*(X±S)*25*10^4=(6.3±2.11)*25*10^4

思考题

1.1 简述普通光学显微镜的主要部件

光学显微镜由光学系统、照明装置、机械装置三部分组成。

光学系统包含目镜和物镜,照明装置包含反光镜和聚光器,机械装置主要包括镜座、镜臂、载物台、镜筒、物镜转换器、调焦装置。

1.2 总放大率和有效放大率的区别

由于经过物镜和目镜的两次放大,所以显微镜总的放大率应该是物镜放大率和目镜放大率的 乘积,显微镜放大倍率的极限即有效放大倍率。

- 1.3 改善光学显微镜分辨率有哪些可行方法?
- (1) 降低波长λ值,使用短波长光源
- (2) 增大介质 n 值以提高 NA 值 (NA=nsina/2)
- (3) 增大孔径角 a 值以提高 NA 值
- (4) 增加明暗反差
- 1.4 实像和虚像的区别是什么?

实像是由实际的光汇聚而成的像,它可以在光屏上显现;虚像则不是由实际光线汇聚的,是由实际光线的反向延长线汇聚而成的。

2. 实验结果讨论

血球计数板误差来源:

因前一次清洗不到位,或者保存过程中存在污染,更或者因操作不当导致的计数室存在划痕,液体未混匀,出现小气泡