

Arbeitsanweisung	AA - Nr. 01 / 08
Interne Kalibrierung von Drehmomentenschraubern	Seite 1 / 1

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, Drehmomentenschrauber unter festgelegten Bedingungen im Hause Mebatron zu überprüfen bzw. zu kalibrieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt im Zusammenhang mit der PB-Nr. 32 „Messmittelüberwachung“ für die Bereiche F der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

- Für die Durchführung der internen Kalibrierung/Justierung ist der Messmittelbeauftragte zuständig, die Umsetzung erfolgt durch ihn oder unterwiesene Personen in dessen Auftrag.
- Jeder in der Fertigung eingesetzte Drehmomentenschrauber ist mittels interner oder externer Kalibrierung zu überprüfen bzw. einzustellen, dass er auf das für die vorgesehene Arbeitsaufgabe erforderliche Drehmoment eingestellt ist bzw. werden kann.
- Neu gekaufte Schrauber sind vor erster Verwendung ebenfalls zu überprüfen/einstellen.
- Jeder in der Fertigung eingesetzte Drehmomentenschrauber ist mit der Messmittelnummer und dem nächsten Kalibriertermin zu kennzeichnen. Auf fest einzustellenden Drehmomentenschraubern wird zusätzlich der eingestellte / geprüfte Wert (in Nm) vermerkt. Bei variabel einstellbaren Schraubern kann der zu überprüfende Wert frei gewählt werden, er sollte sich an dem allgemeinen Verwendungsbereich orientieren. Das Kalibrierergebnis ist im Formblatt – Nr. 04 zu dokumentieren, nachträgliche Änderungen außerhalb des Kalibrierzyklus ebenfalls.
- Kalibrierungen werden im Umgebungstemperaturbereich +18°C bis +28°C durchgeführt.
- Vor Beginn der Kalibrierung sind die Drehmomentenschrauber und das Messgerät in diesem Temperaturbereich mindestens 2 Stunden zu lagern (Stabilisierungszeit).
- Als internes Kalibriernormal ist ausschließlich ein aktuell extern kalibriertes Drehmomentmessgerät zu verwenden.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
06	Henschel	Q	25.06.14	Ergänzung	Punkt 3 – Toleranz ergänzt
07	Henschel	Q	19.01.18	Änderung	Punkt 3 – Durchführende und Messgerät geändert
08	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung

Verteiler: Server: F / Dokumentationsmappen: Wartungsmechaniker

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt:	Henschel	Q	29.03.2018	
Genehmigt:	Gerhardt	F	29.03.2018	