

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 33 / 17
Fertigung der getemed-Produkte	Seite 1 / 2

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die sachgerechte Ausführung der Montage der oben genannten getemed-Produkte zu reglementieren.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F, der Firma MEBATRON Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

3.1 Besondere Anforderungen an elektronische Baugruppen- und Geräte

Die Qualitätskriterien der aktuellen Norm IPC-A-610 „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen“ Klasse 2 sind anzuwenden. Zusätzliche Anforderungen werden von GETEMED ggf. jeweils zum Produkt per Auftrag oder Bestellung festgelegt. Falls es zu Produkten Produktionshinweise von GETEMED gibt, sind diese zu beachten bzw. anzuwenden.

Im Rahmen der Fertigung führt MEBATRON folgende Prüfungen jeweils zu 100% durch:

- Visuelle Endprüfung auf vollständige und richtige Bestückung der Komponenten unter Berücksichtigung der Lötqualität gem. der o.g. IPC-Norm;
- Visuelle Prüfung der Mechanik, Labeling (Etiketten) und Beschaffenheit (Sauberkeit).

3.2 ESD Schutz

Zur Vermeidung von Schädigungen durch elektrostatische Entladungen (ESD) erfolgt die Herstellung, Handhabung, Verpackung und der Transport von elektronischen Baugruppen und Geräten für Getemed unter Einhaltung der Arbeitsanweisung AA - 06 „ESD Schutzprogramm“.

3.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit

Mebatron muss sicherstellen, dass alle Materialbestandteile auf den Ursprung zurückverfolgt werden können. Die Materialnummern werden dazu bei der Auftragskommissionierung dem jeweiligen Produktionsauftrag zugeordnet und gespeichert. Dies ist beim nachsetzen oder dem Austausch von Bauteilen zu beachten.

Elektronik- Baugruppen und dazugehörige Prüfaufzeichnungen (Version und Kennnummer) sowie Komplettgeräte (Kennnummer) müssen eindeutig auf Grundlage der getemed Anweisungen gekennzeichnet werden. Personenbezogene Prüfaufkleber auf Baugruppen sind nach Abstimmung mit getemed zulässig. Prüfprotokolle sind zusammen mit den Geräten auszuliefern.

Von getemed beigestellte Bauteile und Komponenten sind getrennt zu lagern, sofern identifizierbar bzw. möglich muss das Fifo – Prinzip angewendet werden.

Die Versandverpackung von Leiterplatten / Baugruppen muss eindeutig gekennzeichnet sein.

3.4 Freigabe der Serienfertigung und Losfreigabe

Von Mebatron für getemed-Produkte bestellte Leiterplatten werden getemed zur Prüfung und Freigabe zugesandt – ein Leiterplattennutzen verbleibt dann bei getemed. Ein entsprechender Sperrvermerk für den Wareneingang dieser Leiterplatten ist im ERP zu hinterlegen.

Verteiler: Server: F, TF, FP / Dokumentationsmappen: Fgtm

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	17.04.2020	
Genehmigt :	Makowiak	G	17.04.2020	

MEBATRON Excellence for PCB	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 33 / 17
Fertigung der getemed-Produkte	Seite 2 / 2

Es dürfen nur von GETEMED freigegebene Bauteile und Materialien eingesetzt werden. Bei avisierten Bauteiländerungen seitens MEBATRON muss GETEMED vorher schriftlich informiert und –auf Anforderung- ein Muster zur Verfügung gestellt werden.

Bei VitaGuard-Geräten ist die korrekte Serien-Bestückung gemäß der jeweilig aktuellen Stückliste der Hauptplatine des jeweiligen Loses oder Teilloses mit einem Batch-Zertifikat zu bestätigen. Aktuelle Änderungen an der Hauptplatine zum jeweiligen Los sind dort zu dokumentieren. Die GETEMED-Freigabe des VG-Loses erfolgt über das Batch-Zertifikat inkl. eines zu getemed gesendeten Muster-Gerätes.

3.5 PCN – Produktänderungsmitteilung

Bei geplanten oder ungeplanten Änderungen von Fertigungs- oder Prüfverfahren, Prüfeinrichtungen, Bauteilabkündigungen oder der Verlagerung von Fertigungsstandorten ist getemed rechtzeitig (frühestmöglich) zu informieren.

3.6 Änderungsmitteilungen

Änderungen durch getemed müssen Grundsätzlich schriftlich mit einer Änderungsmitteilung erfolgen, neue Zeichnungen / Stücklisten / Bestückungspläne müssen per Stempel / Unterschrift freigegeben sein.

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrund	Inhalt der Änderung
14	Henschel	Q	30.08.13	Ergänzung und Überarbeitung	Absatz 3.1 – 3.4 gemäß QSV ergänzt
15	Henschel	Q	18.11.16	Ergänzung und Überarbeitung gem. neuer QSV	Absatz 3.5 – entfernt Generelle Überarbeitung gem. der QSV vom 14.11.2016
16	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
17	Henschel	Q	17.04.2020	Überarbeitung	Punkt 3.4, 3.5 und 3.6 der neuen QSV angepasst Keine Schulungsnotwendigkeit da vorgehen bereits jeweils Anwendung fand (Bsp. Freigabe von selbst bestellten Leiterplatten)