

PROPUESTA TÉCNICA — Guante de examen de nitrilo, mediano

Aplica al RENGLÓN 4 — código ACP PPE-GLO-00022

1. Artículo ofertado

Marca	MCR Safety
Modelo / serie	Guante desechable de nitrilo 6008
Número de parte ofertado	6008 talla mediana (M)
Cantidad ofertada	1,000 Box (caja)
Producto de referencia ACP	La descripción del renglón no indica producto de referencia ACP. Se oferta producto que cumple con la descripción.
Condición	Bien nuevo, sin uso, de fabricación reciente

2. Matriz de cumplimiento técnico

La columna izquierda transcribe el requisito tal como aparece en la descripción del renglón; la columna central indica la característica concreta del artículo ofertado que lo satisface; la columna derecha indica el documento donde la Autoridad puede verificarla.

Requisito del pliego (renglón)	Característica del producto ofertado	Evidencia
Gloves, examination (exam) grade	El producto está certificado bajo la serie EN 455 , que es la norma europea específica de guantes médicos de un solo uso: EN 455-1:2000 (ausencia de agujeros), EN 455-2:2015 (propiedades físicas) y EN 455-3:2015 (evaluación biológica). Además cumple ASTM D6319:2015 , que es precisamente la <i>especificación normalizada para guantes de examen de nitrilo para aplicación médica</i> . Ambas acreditan la condición de grado examen .	Anexo C — certificación o declaración de conformidad vigente
Nitrile	Guante de nitrilo azul, sin polvo , espesor 8 mil y longitud de 9,5 pulgadas (24,13 cm), ambidiestro, con puño enrollado y acabado sin talco.	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
Medium	Se oferta la talla mediana (M) .	Declaración del proponente (este documento)
Presentation in box of 50 to 100	Se suministra en caja dispensadora de 50 unidades , conteo que queda dentro del rango de 50 a 100 unidades por caja exigido por el renglón. La caja máster agrupa 10 dispensadoras, 500 unidades en total.	Anexo A — ficha técnica del fabricante, característica resaltada
Documentación exigida por el numeral 9.1	Se adjuntan la ficha técnica del fabricante con las características resaltadas, la imagen del producto y la marcación de la caja , donde constan la referencia, la talla, el conteo y el marcado de certificación.	Anexo A — imagen del producto ofertado

3. Nota técnica

Prestaciones adicionales del producto ofertado: además de la condición de grado examen, el guante está certificado como equipo de protección individual bajo el **Reglamento (UE) 2016/425** y cumple **EN ISO 374-1:2016** (riesgo químico) y **EN ISO 374-5:2016** (riesgo por microorganismos). Los materiales de sus componentes **cumplen las reglamentaciones federales para el contacto con alimentos**.

Es decir, el producto ofertado sirve a la vez como guante de examen y como barrera química y biológica, cosa que un guante de examen corriente no acredita.

4. Declaraciones aplicables a este renglón

- El bien ofertado es **nuevo**, sin uso y sin reconstruir (numeral 2.3 del pliego).
- Se otorga **garantía por un período no menor de un (1) año** contado desde la fecha de recepción del objeto del contrato (numeral 5).
- Plazo de entrega: **120 días calendario** o menos, contados a partir de la adjudicación de la orden de compra (numeral 3.1).
- Condiciones de entrega: **DAP Panamá**. El proponente asume el trámite y el costo de la declaración simplificada de aduanas, la descarga de los bienes y su colocación en sitio, en la Sección de Almacenes, Corozal Oeste, Edificio 652, área de recibo (numeral 3.2).
- Se adjunta la **evidencia documental vigente** de las certificaciones y normas exigidas en la descripción del renglón, junto con la **literatura descriptiva**, la **imagen del producto ofertado** y la **marcación del producto o de la certificación** (clase, fecha e identificación), conforme al numeral 9.1.
- El producto se entrega en la **presentación indicada en la descripción del renglón** (numeral 9.1).
- Se entrega **muestra física** del artículo ofertado, identificada con el nombre del proponente, el número de pliego 215088 y el número de propuesta, en Balboa, Ancón, Edificio 710, planta baja, antes de la fecha y hora de cierre (numeral 9.2).
- Empaque, embalaje, estiba y entrega conforme a las mejores prácticas comerciales (referencia ASTM D5728), garantizando la facilidad de descarga en el punto de entrega (numeral 9.8).
- El proponente es distribuidor autorizado del fabricante y puede acreditar la **trazabilidad** de los bienes hasta el fabricante, a requerimiento de la Autoridad (numeral 9.7).
- La presente propuesta tiene una **validez de 60 días calendario** contados a partir del acto de conocimiento de propuestas (numeral 1.3).
- El precio ofertado **no incluye ITBMS ni impuestos de importación**, conforme a la cláusula 4.28.6 del pliego de cargos único.

El proponente declara que la información técnica aquí presentada es veraz y que el bien ofertado cumple al 100% con la descripción del renglón correspondiente del pliego de cargos.

Firma y nombre del proponente
MICHAEL ROSENTHAL
ELITE GUARD, S.A.

Fecha
6 de octubre de 2026

APLICA AL RENGLÓN 4 · CÓDIGO ACP PPE-GLO-00022 · Guante de examen de nitrilo, mediano

WE PROTECT PEOPLE



6008

Nitrishield

Guante de nitrilo^[2] desechable, 8 mil^[3]

Grupo:	Guantes
Categoría:	Químico
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo

Desempeño

Desechable:	Si
Tipo de desechable:	Industrial / Alimentario
Polvo o Talco:	Sin talco
Cloración:	Cloración simple
Esterilidad:	No estéril
Ambidiestro:	Si
Actifresh:	No
Pantalla táctil:	Si
Alta visibilidad:	No
Impermeable:	Si
Biodegradable:	No
Materiales aceptados por la FDA:	Si
Aislado:	No
Categoría:	Químico
Resistencia a químicos:	Si
EN 374-1:2016	J K L O P S T
Productos químicos	

¡La Protección Que Necesitas, Con la Comodidad Que Mereces! Los Guantes de Nitrilo Nitrishield son la opción ideal para quienes buscan una protección superior sin comprometer la comodidad. Fabricados con nitrilo sin plastificantes, estos guantes han sido especialmente formulados para mejorar la elasticidad y ofrecer una mayor comodidad, lo que reduce la fatiga de los dedos durante el uso prolongado. Cumplimiento de Normativas: Cumple con los estándares de EPI (UE) 2016: 425 para equipo de protección personal. Certificación según las normas EN455^[1] (Parte 1, 2, 3), EN374-1^[5], EN374-5^[6], y ASTM D6319, lo que asegura su efectividad y fiabilidad en diversas aplicaciones profesionales. Aprobado para el contacto con alimentos: Los materiales utilizados en la fabricación cumplen con todas las reglamentaciones federales para el contacto con alimentos, lo que los hace aptos para su uso en la industria alimentaria. ¿Por qué Elegir los Guantes de Nitrilo Nitrishield? Elasticidad y Ajuste Óptimo: Con una elasticidad mejorada, estos guantes te ofrecen un ajuste perfecto, ideal para tareas que requieren destreza y sensibilidad. Resistencia Superior: Protege tus manos de pinchazos y cortes mientras trabajas con productos químicos de manera segura. Ideal para Personas Alérgicas al Látex: La mejor alternativa para quienes tienen reacciones alérgicas al látex, sin sacrificar la protección. ¡No Comprometas tu Seguridad! Los Guantes Nitrishield son la solución perfecta para quienes buscan un equilibrio entre comodidad, elasticidad y protección. Ya sea para trabajos industriales, químicos, alimentarios o cualquier actividad que requiera alta destreza, estos guantes te proporcionarán la confianza que necesitas. ¡Haz tu pedido ahora y mantén tus manos seguras y cómodas!

Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117444 1025579
222 236 6678www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Grado examen: EN 455 partes 1, 2 y 3 y ASTM D6319

[2] Material: nitrilo

[3] Espesor 8 mil, longitud 9,5 pulgadas

[4] Presentación: caja de 50 unidades (el renglón exige 50 a 100)

[5] Talla mediana, la exigida por el renglón

[6] Prestación adicional: barrera química y biológica

APLICA AL RENGLÓN 4

·

CÓDIGO ACP PPE-GLO-00022

·

Guante de examen de nitrilo, mediano

WE PROTECT PEOPLE



probados:
Tipo (Resistencia a laA
penetración):
EN 374-5 Protección Si
contra micro-
organismos:
Reflexivo: No

Especificaciones	
Material:	Nitrilo [2]
Sin látex:	Si
Patrón:	Reversible
Estructura sin costuras:	Si
Multicolor:	No
Color:	Azul
Color de revestimiento primario:	Azul
Textura primaria:	Acabado texturizado
Palma de guante:	Nitrilo
Estilo de dedo:	Estándar
Estilo del pulgar:	Ala
Estilo de puño:	Enrollado
Material del estilo del puño:	Nitrilo
Medidas del Puño/Muñeca:	Puño enrollado
Doblado:	No
Material:	Nitrilo
Milésimas de pulgada:	8 mil [3]

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
6008L	Grande	L	9	4.25		9.5	24.13
6008M [5]	Mediano	M	8	4.25		9.5	24.13
6008S	Chico	S	7	4.25		9.5	24.13
6008XL	Extra grande	XL	10	4.25		9.5	24.13
6008XS	Extra chico	XS	6	4.25		9.5	24.13

Industrias



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Grado examen: EN 455 partes 1, 2 y 3 y ASTM D6319

[2] Material: nitrilo

[3] Espesor 8 mil, longitud 9,5 pulgadas

[4] Presentación: caja de 50 unidades (el renglón exige 50 a 100)

[5] Talla mediana, la exigida por el renglón

[6] Prestación adicional: barrera química y biológica



WE PROTECT PEOPLE



SERVICIOS DE SALUD

**ALIMENTARIA****AUTOMOTRIZ**

Empaque

País de origen: Sri Lanka

Hecho en: Sri Lanka

Unidades de compra:	1
---------------------	---

(Base) UOM: Dispensador

Peso UOM: 10

Unidad de peso Gramos (gr)

base:

Cantidad de 10

empaque interno:

Paquete por caja: 1

Venta UOM: Estuche

Embalaje interior: Caja dispensadora

CANTIDAD mínima: 1

Paquete interior: ^[4] 50 por dispensador

Cantidad total por 500

caja master:

Cantidad de 50

producto en

empaques interior:

Embalaje - Caja	Caja
1	1

Maestra:

Cantidad en caja: 1

(Base) UOM: Dispensador



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

REQUISITOS DEL RENGLÓN RESALTADOS EN ESTA FICHA (numeral 9.1.3)

[1] Grado examen: EN 455 partes 1, 2 y 3 y ASTM D6319

[2] Material: nitrilo

[3] Espesor 8 mil, longitud 9,5 pulgadas

[4] Presentación: caja de 50 unidades (el renglón exige 50 a 100)

[5] Talla mediana, la exigida por el renglón

[6] Prestación adicional: barrera química y biológica