```
A7 74 43 07 AB 3F 03 00 00 03 03 E8 01 04 00 1E 01 00 5A 00 51 02 01 54 15 38 03 07 00 01 90 00 FA 01 74 00 00 3C 00 37 00 85 96 02 EA 60 B5 A4 19 00 01 1C E8 09 34 12 09 16 00 00 FF FF 05 03 07 15 38 00 5E 00
A7 znacznik typu urządzenia CARELINK
74 43 07 numer ID pompy
AB znacznik użytej komendy
00 - POMPA URUCHOMIONA, GDY 05 - POMPA ZATRZYMANA
03 03 E8 01 04 00 1E 01 00 5A 00 51 02 DANE BOLUSA PRZEDŁUŻONEGO:
03 - ZNACZNIK BOLUSA PRZEDŁUŻONEGO
    03 E8 = 0x03E8 = 1000 : 200 = 50 - 5,0 MAKSYMALNY BOLUS

01 04 = 0x0104 = 260 : 200 = 1,3J - WARTOŚĆ BOLUSA PRZEDŁUŻONEGO

00 1E = 0x001E = 30 : 200 = 0,15J - WARTOŚĆ BOLUSA DOTYCHCZAS
PODANEGO (NA CZAS ZAPYTANIA)
                                00.5A = 0x005A = 90 - ILOŚĆ MINUT ZADANYCH
                                        00.51 = 0 \times 0051 = 81 - ILOŚĆ MINUT POZOSTAŁYCH
01 54 15 38 03 07 OSTATNI BOLUS:
01 54 0 \times 0154 = 340 : 200 = 1,7  - WARTOŚĆ BOLUSA
        15 \text{ } 0x15 = 21 - GODZINA
            38 \text{ } 0 \times 38 = 56 - \text{MINUTA}
                03 \ 0x03 = 03 - MIESIAC
                    07 0 \times 07 = 07 - DZIEŃ
01\ 90 = 400, PÓŹNIEJ BYŁO 01\ 5E = 350\ ???
00 FA AKTUALNA BAZA:
0x00FA = 250 : 200 = 1,25J/h
01 74 00 00 3C 00 37 00 ZMIANA DAWKI PODSTAWOWEJ:
    74 = 0x74 = 116 - USTAWIONA WARTOŚĆ PROCENTOWA

3C = 0x3C = 60 - USTAWIONA ILOŚĆ MINUT
                        37 = 0x37 = 55 - POZOSTAŁA ILOŚĆ MINUT
85 = 133 = 1,33V BATERIA
96 = 150 = max. Baterii ???
EA 60 = 60000 ???
B5 A4 ZBIORNICZEK:
0xB5A4 = 46500 : 200 = 232,50J
01 1C E8 09 34 12 09 16 być może ustawienia fabryczne, to samo występuje w
odpowiedzi na komendę OxAC
03 07 15 38 00 5E DANE OSTATNIEGO POMIARU GLIKEMII:
03 = 0x03 = 03 - MIESIAC
    07 = 0x07 = 07 - DZIEŃ
        15 = 0x15 = 21 - GODZINA

38 = 0x38 = 56 - MINUTA
                00 5E = 0x005E = 94 - WARTOŚĆ GLIKEMII
```

DEKRYPCJA OPDPOWIEDZI POMPY NA KOMENDĘ OXAB