```
=========================
=== D A R T   T E S T ==
=========================
CYCLE START AT  9:52:30A
            ON   3/11/22

CYCLE COUNT        4456
OPERATOR  _____
STERILIZER    VAC 00
SERIAL # 0326611-12


    STER TEMP = 132.0C
 CONTROL TEMP = 133.5C
    STER TIME = 3.5 MIN
     DRY TIME = 1   MIN


                    V=inHg
- TIME       T= C  P=psig
------------------------
C  9:52:48A  93.7   0.8P
C  9:53:48A 122.0   9.6P
C  9:54:55A  91.7  28.3V
C  9:55:16A 125.9  27.1P
C  9:56:31A  94.0  28.3V
C  9:56:52A 127.2  26.6P
C  9:58:07A  90.0  28.3V
C  9:58:28A 126.1  26.2P
C  9:59:41A  83.6  28.4V
S 10:01:23A 132.8  28.6P
S 10:02:23A 133.4  29.3P
S 10:03:23A 133.4  29.2P
S 10:04:23A 133.6  29.3P
E 10:04:53A 133.6  29.3P
E 10:05:11A 111.6   3.3P
E 10:06:11A  97.0  28.9V
Z 10:06:31A  98.3   1.7V


LOAD            031102

  TEMP MAX=134.5C
  TEMP MIN=132.8C


CONDITION   = 8:35
STERILIZE   = 3:30
EXHAUST     = 1:38
TOTAL CYCLE =13:43


PRINTOUT CHECKED BY:


_____


=========================
=   READY TO UNLOAD    =
=========================
```